



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 18.06.2019 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl



Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/9/2019 (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych, szwów, zestawów operacyjnych, fartuchów chirurgicznych, podkładów, pieluszek, taśm do leczenia nietrzymania moczu.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.


Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1: dotyczy Części nr 6 poz. 1

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm
- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- Chłonność 300% + chłonność wzmocnienia 602%
- serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m²
- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE





- sterylizacja EO


na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog producenta .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 2: dotyczy Części nr 6 poz. 2

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem.
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 1 ręcznik celulozowy 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- Chłonność 300%
- serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m²
- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. 6 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE



290×312cm
1 szt./pacjenta.



140×190cm
1 szt./pacjenta.



30×40cm
1 szt./pacjenta.



75×90cm
1 szt./pacjenta.



9×50cm
1 szt./pacjenta.



80×145cm
1 szt./pacjenta.

- sterylizacja EO


na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog producenta .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 3: dotyczy Części nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa o wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przyklepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzyklepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty (typu"rzep") do mocowania kabli i drenów
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- Chłonność 300% + chłonność wzmocnienia 602%
- serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m² + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m²
- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE



230×260cm
1 szt./pcs./ur.



140×190cm
1 szt./pcs./ur.



80×145cm
1 szt./pcs./ur.



30×40cm
2 szt./pcs./ur.

- sterylizacja EO


na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog producenta .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Części nr 13 poz. 1

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przyklepionym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- Chłonność 300%
- serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m²
- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE



- sterylizacja EO

na potwierdzenie parametrów do oferty karta techniczna i katalog producenta .

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- Chłonność 300%
- serwety pacjenta : PP/PE 62 g/m²
- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE
- sterylizacja EO

Pytanie nr 5: dotyczy Części nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści opaskę wiskozową pakowaną a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Części nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści opaskę poliestrową pakowaną a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Części nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści opaskę wiskozową w rozmiarze 10x3m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: dotyczy Części nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści opakę poliestrową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: dotyczy Części nr 5 poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o długości 9,14m.

Pytanie nr 10: dotyczy Części nr 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z warstwy celulozy i warstwy foli PE wzmocniony 48 nitkami w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład wykonany z warstwy celulozy i warstwy foli PE wzmocniony 48 nitkami w rozmiarze 80x210cm.


Pytanie nr 11: dotyczy Części nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m², chłonność wzmocnienia min. 600%:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m², osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m², łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m²

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: dotyczy Części nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie

wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenażu


1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m²

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13: dotyczy Części nr 6 poz. 3


Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Zestaw serwet do operacji brzuszno-kroczych:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m², osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m², łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m²

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: dotyczy Części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: dotyczy Części nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt.z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: dotyczy Części nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'3szt.z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17: dotyczy Części nr 11 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej o długości 16mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej o długości 16mm.

Pytanie nr 18: dotyczy Części nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²


4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie podzielone jest na 16 części.

Pytanie nr 19: dotyczy Części nr 2 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej do urządzenia Renasys Go o składzie : opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, w rozmiarach:

- mały – 10 x 8 x 3 cm;
- średni – 20 x 12,5 x 3 cm;
- duży – 25 x 15 x 3 cm;

z drenem w postaci miękkiego, elastycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w trakcie terapii, zakończonym z jednej strony szybko - złączką, a z drugiej drenem z prostokątną folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - szt. 1 , folia samoprzylepna, okluzyjna 20x30cm - szt. 3.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej do urządzenia Renasys Go o składzie : opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, w rozmiarach:


- mały – 10 x 8 x 3 cm;
- średni – 20 x 12,5 x 3 cm;
- duży – 25 x 15 x 3 cm;

z drenem w postaci miękkiego, elastycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w trakcie terapii, zakończonym z jednej strony szybko - złączką, a z drugiej drenem z prostokątną folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - szt. 1 , folia samoprzylepna, okluzyjna 20x30cm - szt. 3.

Pytanie nr 20: dotyczy Części nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzielinę 750 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zbiornik na wydzielinę 750 ml.


 Podpis
 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opiek Zdrowotnej
 w Parczewie
 mgr Janusz Hordejuk